

สัญญาซื้อขาย
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ขนาดใหญ่ จำนวน ๖ เครื่อง

สัญญาเลขที่...๒๕.../๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่...๑๒...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายประพัฒน์ ธรรมศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๘๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๙๙/๖๙-๗๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวณัฐธยาน์ เฉลิมวิเศษพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๙๔๕๕๓๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๑๕๕๕๕๐๑๓๓๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอมอบอำนาจให้ นางสาวพันธันภา จันผ่อง ลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ส ๒๕/๐๑๐๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แทนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวน ๖ (หก) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๔,๒๕๒.๓๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไข่มุขเสถียร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวพันธันภา จันผ่อง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อ ๓ เอก...

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๓.๒ ผผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า)	หน้า
๓.๓ ผผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่...๑๐... เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่ารับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไข่มุขทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวพณธนา จันทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เมดดิเพ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อ ๖ การ...



ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีพารักษ์ กม.๑๖ ชื่อบัญชี บจก. เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) เลขที่บัญชี ๕๑๙๑๐๐๘๑๙๙ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน...๗...(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายประพัฒน์ ธรรมศร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมศักดิ์ ไซทรัพย์สถาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวพันธนา จันผ่อง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)
นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อ ๘ หลัก...

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพารักษ์ กม. ๑๖ หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๑๐๐๐๗๒๙๗๖๒๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวพณันดา จันผ่อง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อ ๑๐ ค่าปรับ...



ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เป็นหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายประพัฒน์ ธรรมศร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สภาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวพินธนา จันผ่อง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)
นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อ ๑๒ การงด...

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวพินันดา จันผ่อง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

/ในกรณี...



ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวพณัฏฐา จันทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวดี ดีแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่

1. ความต้องการ

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเป็นเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตั้งเป็นชุด central monitor ได้เพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้กับผู้ป่วยเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยระยะวิกฤต และในห้องผ่าตัด

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ที่สามารถรองรับการติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้อย่างน้อยดังนี้

3.1.1 มีภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

3.1.2 มีภาควัดความดันโลหิตชนิดไม่แทงเส้น (NIBP)

3.1.3 มีภาควัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3.1.4 มีภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)

3.1.5 มีภาควัดอุณหภูมิร่างกาย (Temperature)

3.1.6 มีภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้น (Invasive Blood Pressure)

3.1.7 มีภาควัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (EtCO2)

3.2 หน้าจอแสดงผลเป็นจอ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสบนหน้าจอ (Touch screen) โดยมีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1366 x 768 pixels

3.3 สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Trend) ได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

3.4 สามารถบันทึกผลและเรียกดูรูปคลื่นสัญญาณแบบ Full disclosure ได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

3.5 เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ และเครื่องจี้ไฟฟ้า (ESU Filter) ขณะใช้ติดตามสัญญาณชีพ

3.6 สามารถบันทึกผลและเรียกดูรูปคลื่นสัญญาณแบบ Full disclosure ได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

3.7 มีช่องเสียบ USB เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วย

3.8 มีแบตเตอรี่ Lithium ion ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง กรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง

1. นางสาวทีชานิกา โรจนทงศ์

.....
.....

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรลีย์ ชื่นชม

.....
.....

กรรมการ

3. นางบุษปากร ไสภคณิสฐ์

.....
.....

กรรมการ



- 3.9 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 3.10 ผลิตกันที่ได้มาตรฐาน CE , US FDA หรือ IEC 60601-1 หรือ IEC 60601-2-2
- 3.11 สามารถติดตั้งเป็นชุด central monitor เพื่อเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลสารสนเทศ (HosXP หรือระบบ paperless) ของโรงพยาบาลได้

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

4.1 ภาคแสดงผล

- 4.1.1 มีโปรแกรมสำหรับใช้งานในเวลากลางคืน (night mode) สามารถปรับตั้งระดับเสียง หรือ ความสว่างของจอภาพเพื่อลดการรบกวนผู้ป่วย
- 4.1.2 มีโปรแกรมช่วยประเมินภาวะของผู้ป่วย (clinical assistive application) ได้เช่น NEWS หรือ MEWS หรือ Glasgow coma scale หรือ Hemo Sight หรือ Sepsis Sight หรือ Balance of Anesthesia เป็นต้น
- 4.1.3 สามารถตั้งระดับสัญญาณเตือน (Alarm Level) ได้อย่างน้อย 2 ระดับหรือดีกว่า เช่น High และ Medium เป็นต้น
- 4.1.4 สามารถแสดงสัญญาณรูปคลื่นได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 8 Waveform
- 4.1.5 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลที่หน้าจอภาพได้ดังนี้หรือดีกว่า Normal screen, Big Font, Dynamic Trends หรือ Minitrend หรือ Waveform เป็นต้น

4.2 ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

- 4.2.1 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง 20-300 ครั้งต่อนาทีหรือกว้างกว่าและมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 1\%$ หรือ ± 1 BPM
- 4.2.2 สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้โดยใช้สายลิตชนิด 3 , 5 และ 10หรือ12 ลิต
- 4.2.3 สามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Arrhythmia analysis) ได้ไม่น้อยกว่า 18 ชนิด
- 4.2.4 สามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์เกิด ARR หรือ Alarm Event ได้ไม่น้อยกว่า 100 เหตุการณ์
- 4.2.5 มีช่วงความถี่การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Bandwidth) ได้ 4 แบบ คือ
 - 4.2.5.1 Monitoring หรือ Monitor mode ตั้งแต่ 0.5 ถึง 40 Hz หรือกว้างกว่า
 - 4.2.5.2 Operation หรือ Surgery mode หรือ moderate mode ตั้งแต่ 1 ถึง 20 Hz หรือกว้างกว่า
 - 4.2.5.3 ST mode หรือ Strong filter mode ตั้งแต่ 5 ถึง 20 Hz หรือกว้างกว่า
 - 4.2.5.4 Diagnostic หรือ Diagnostic mode ตั้งแต่ 0.05 ถึง 100 Hz หรือกว้างกว่า
- 4.2.6 มีระบบ (ST Analysis) สามารถตรวจจับ ST Segment ได้
- 4.2.7 สามารถเลือกปรับความเร็วในการกวาดรูปคลื่น (Sweep speed) ได้ไม่น้อยกว่า 12.5, 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที

1. นางสาวทีชานิกา โรจน์ทงค์

.....
.....

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรวิ ชื่นชม

.....
.....

กรรมการ

3. นางบุษปากร โสภคณิสส์

.....
.....

กรรมการ



- 4.2.8 สามารถเลือกขนาดของรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Gain) ได้ไม่น้อยกว่า 0.5, 1, 2, 4 หรือดีกว่า
- 4.2.9 สามารถเลือกโหมดการป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างน้อย 3 แบบดังนี้ Diagnostic mode, Monitor mode และ ST mode หรือ strong filter mode
- 4.2.10 มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ในกรณีอัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ (Alarm Limits)

4.3 ภาควัดความดันโลหิตชนิดไม่แทงเส้น (NIBP)

- 4.3.1 ใช้หลักการทำงานแบบ Oscillometric
- 4.3.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบ Manual, Auto, STAT หรือ Continuous หรือ Sequence หรือ Custom
- 4.3.3 สามารถตั้งเวลาและจำนวนครั้งในการวัดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4 Group
- 4.3.4 สามารถแสดงค่าความดันโลหิตแบบ Systolic, Diastolic, MAP ได้ดังนี้
- 4.3.4.1 Systolic 40-250 mmHg หรือกว้างกว่า
- 4.3.4.2 Diastolic 10-210 mmHg หรือกว้างกว่า
- 4.3.4.3 mean 20-230 mmHg หรือกว้างกว่า
- 4.3.5 สามารถวัดอัตราการเต้นชีพจร ได้ในช่วง 30-250 bpm หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$ หรือ ± 5 bpm

4.4 ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2)

- 4.4.1 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ถึง 100% หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดในช่วง 70 ถึง 100% ไม่เกิน $\pm 3\%$
- 4.4.2 สามารถแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ($\%SpO_2$) พร้อมรูปคลื่น Plethymographic ค่า Pulse rate และ ค่า Perfusion index ได้
- 4.4.3 สามารถวัดอัตราการเต้นชีพจร ได้ในช่วง 35-240 ครั้ง/นาที หรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 3\%$ หรือ ± 3 bpm
- 4.4.4 มีระบบสัญญาณเตือน Alarm เมื่อค่า SpO_2 ต่ำหรือสูงกว่าค่าที่กำหนด
- 4.4.5 SpO_2 เป็นเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับโรงงานผู้ผลิต หรือ MASIMO หรือดีกว่า

4.5 ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)

- 4.5.1 สามารถวัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 0-120 ครั้งต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 2\%$ หรือ ± 2 rpm
- 4.5.2 แสดงค่าอัตราการหายใจพร้อมสัญญาณรูปคลื่นและสามารถปรับขนาดของรูปคลื่นการหายใจได้
- 4.5.3 มีระบบสัญญาณเตือน Alarm เมื่อเกิดภาวะหยุดหายใจ (Apnea time) หรือในกรณีอัตราการหายใจสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้

1. นางสาวชานิกา โรจน์ทนต์

..... *ชานิกา โรจน์ทนต์*

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรวลี ชื่นชม

..... *อรวลี*

กรรมการ

3. นางบุษปากร โสภคณิสต์

..... *นางบุษปากร โสภคณิสต์*

กรรมการ



4.6 ภาควัดอุณหภูมิร่างกาย (Temperature)

4.6.1 สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 10-45°C มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

4.6.2 สามารถวัดและแสดงค่าได้อย่างน้อย 2 ตำแหน่งพร้อมกัน

4.7 ภาควัดความดันโลหิตชนิดแทงเส้น (Invasive Blood Pressure)

4.7.1 สามารถวัดค่าความดันโลหิตชนิดรุกล้ำร่างกายผู้ป่วยได้ 2 ช่องสัญญาณพร้อมกันโดยสามารถวัดได้ตั้งแต่ -40 mmHg ถึง 300 mmHg โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 2\%$ หรือ ± 2 mmHg

4.7.2 มีช่วงวัดอัตราการเต้นของชีพจรตั้งแต่ 30-250 ครั้งต่อนาที มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 2 ครั้ง/นาที

4.7.3 หน้าจอแสดงค่าความดันโลหิตได้หลายชนิด เช่น ART PA CVP RAP LAP ICP เป็นต้น

4.8 ภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (ETCO₂) แบบ Main Stream หรือ Capnography หรือ Sidestream

4.8.1 สามารถวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกได้ในช่วงตั้งแต่ 0-150 mmHg หรือดีกว่า

4.8.2 สามารถวัดค่าอัตราการหายใจจากลมหายใจออก (AWRR) ได้ตั้งแต่ 4-80 ครั้ง/นาทีหรือดีกว่า

4.8.3 สามารถแสดงค่า CO₂ ทั้งรูปคลื่นและตัวเลขพร้อมกันในหน้าจอได้

4.8.4 สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อหยุดหายใจ (Alarm limit of ETCO₂)

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 ECG Cable 3 lead และ 5 lead

จำนวนอย่างละ 1 เส้น/เครื่อง

5.2 SpO₂ Adult Finger sensor

จำนวน 2 เส้น/เครื่อง

5.3 NIBP Cable with Adult Cuff 3 ขนาด (ใหญ่, กลาง, เล็ก)

จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.4 ชุดวัดอุณหภูมิร่างกาย (Temperature probe)

จำนวน 1 เส้น/เครื่อง

5.5 ชุดวัดความดันโลหิตแบบ Invasive

จำนวน 1 เส้น/เครื่อง

5.6 ชุดวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.7 สายไฟประจำเครื่อง

จำนวน 1 เส้น/เครื่อง

5.8 Black & White Laser Printer สำหรับชุด Central Monitor

จำนวน 1 เครื่อง

5.9 Wall mount สำหรับติดตั้งเครื่อง

จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.10 เครื่องสำรองไฟ (UPS)

จำนวน 1 ชุด

5.11 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Quick manual

จำนวน 1 ชุด/เครื่อง

5.12 มีระบบรวมศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (CMS) จำนวน 1 ชุด

(ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชุด central monitor เดิมได้)

1. นางสาวทีชานิกา โรจน์ทงศ์

.....

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรลีย์ ชื่นชม

.....

กรรมการ

3. นางบุษปากร ไสภคณิสฐ์

.....

กรรมการ



.....

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้นำเข้า
- 6.2 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี
- 6.3 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485 และยื่นเอกสารในวันเสนอราคา
- 6.4 รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบเครื่องมือ
- 6.5 ผู้ขายต้องเข้าบำรุงรักษาเครื่องมือ (preventive Maintenance) ทุก 4 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ตามระยะเวลาที่รับประกันหากพบว่าเครื่องมือมีการชำรุดต้องซ่อมผู้ขายต้องมีเครื่องมือให้ใช้ทดแทนระหว่างรอซ่อม
- 6.6 ผู้ขายต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือ Calibration ทุก 1 ปี เป็นเวลา 2 ปี ตามระยะเวลารับประกันและมีการสอบเทียบเครื่องมือในวันที่ส่งมอบเครื่องมือ
- 6.7 กรณีที่เครื่องมือมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้หลังส่งมอบเครื่องมือภายใน 7 วันผู้ขายยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที
- 6.8 ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญมาทำการสาธิตการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 6.9 ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนและเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบ Specification
- 6.10 กรณีที่เครื่องมือมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้สามารถติดต่อบริษัทเข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ระหว่างรอซ่อมต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้งาน ตลอดระยะเวลารับประกันต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี
- 6.11 กรณีเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบ HosXP หรือ ระบบ paperless ของโรงพยาบาลผู้ขายต้องเข้าทำการเชื่อมต่อให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคา

8. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

9. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 300,000.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

1. นางสาวทีชานิกา โรจน์ทองค์

ทีชานิกา โรจน์ทองค์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรวิลี ชื่นชม

อรวิลี ชื่นชม

กรรมการ

3. นางบุษปากร โสภคณิสฐ์

บุษปากร โสภคณิสฐ์

กรรมการ



R. K.