

สัญญาซื้อขายเตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ปรับระดับไฟฟ้า ราวปีนก
พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔ เตียง

สัญญาเลขที่...๕๑.../๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายประพัฒน์ ธรรมศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๙๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/๒, ชั้น ๑, ชั้น ๒ อาคารเลขที่ ๑๐/๑๑ หมู่ ๑๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวสุจิรา มุลมรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สป.๐๒๕๐๓๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ปรับระดับไฟฟ้า ราวปีนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔ (สี่) เตียง เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น-เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๔,๓๖๖.๓๖ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบ-หกบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก	จำนวน ๗ (เจ็ด)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุจิรา มุลมรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกัน

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุจิรา มุลมิตร์น)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ ศรีนครินทร์ กม.๑๔ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๒๕๓/๐๐๑๙/๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุจิรา มูลมรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การคิดค่าปรับ



การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมสร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุจิรา มุลมิตร์น)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๑๓ การใช้



ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายประพัฒน์ ธรรมศร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวสุจิรา มุลมรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับระดับไฟฟ้า รวอปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

๑. ความต้องการ

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า แบบ ๓ มอเตอร์ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ของเตียง ปรับหลังขึ้น-ลง และปรับเข้าขึ้น-ลงได้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นเตียงนอนผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ โครงสร้างของเตียงทำด้วยโลหะ ตัวราวกันเตียงปีกนกทำด้วยวัสดุอย่างดี เพื่อความคงทน และแข็งแรง

๓.๒ เป็นเตียงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓ มอเตอร์

๓.๓ มีตะขอสำหรับแขวนถุง drain ต่างๆ ที่ออกจากผู้ป่วย อยู่ด้านข้างของเตียงทั้ง ๒ ข้าง ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ ตะขอ สามารถเลื่อนตะขอได้เพื่อความสะดวกในการแขวน

๓.๔ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ และมีแบตเตอรี่สำรองไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ โรงงานผู้ผลิตเตียงผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ และ CE เป็นอย่างน้อย

๓.๖ เตียงผ่านการรับรองมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่าดังนี้ EN๖๐๖๐๑-๑, EN๖๐๖๐๑-๑-๒ และ EN๖๐๖๐๑-๒-๕๒

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงสร้างของเตียง

๔.๑.๑ เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๒ พื้นเตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร และมีรูระบายอากาศที่พื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๔๐ รู

๔.๑.๓ พื้นเตียงทำจากวัสดุ PP แบ่งออกเป็นไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ทุกชั้น การถอด-สวมใส่พื้นเตียงสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ช่วย

๔.๑.๔ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ ราวข้างเตียงทั้งสองข้างเป็นแบบปีกนก แยกออกเป็น ๒ ชั้น (Split side rails) ปิดเต็มทั้งเตียง ทำจากพลาสติก PP แต่ละชั้นมีช่องสำหรับมือจับไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อความสะดวกในการปรับ ยกขึ้นเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง และมีระบบโช้คอัพ ป้องกันราวข้างเตียงกระแทกกับตัวเตียง (Shock absorber)

๔.๑.๖ ราวกันเตียงเมื่อยกขึ้นจะสูงจากพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๘๐ มิลลิเมตร (ความสูงจากพื้นเตียงถึงขอบบนสุดของราว) มีช่องว่างระหว่างราวกันเตียงทั้ง ๒ ชั้น ห่างกันไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร, มีช่องว่างระหว่างราวกันเตียงด้านหัวกับพนักรหัวเตียง ห่างกันไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร และมีช่องว่างระหว่างราวกันเตียงด้านท้ายกับพนักรท้ายเตียง ห่างกันไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร เพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง



๔.๑.๗ ด้านใน...

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสาวอรวลี ชื่นชม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๑.๗ ด้านในราวกันเตียงทั้งหมดมีช่องเก็บของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย แบบฝังช่องในราวกันทางด้านหัวข้างละ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด และทางด้านเท้าข้างละไม่น้อยกว่า ๑ จุด รวมไม่น้อยกว่า ๖ จุด และมีที่วัดมุมองศาติดอยู่ที่ราวกันเตียงด้านนอกแบบฝังติดโดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อย ๔ จุด
- ๔.๑.๘ ส่วนปีกหัวเตียงและท้ายเตียง (Head and Foot Board) ทำจากพลาสติก PP สามารถถอดประกอบได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และมีช่องสำหรับมือจับไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อความสะดวกในการถอดประกอบ
- ๔.๑.๙ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือและกันชนติดตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของเตียง เพื่อป้องกันการกระแทก ระหว่างเข็นเคลื่อนย้าย
- ๔.๑.๑๐ มีช่องสำหรับเสียบเสา Lifting pole อยู่ที่มุมหัวเตียงทั้งสองข้าง
- ๔.๑.๑๑ มีช่องสำหรับร้อยสายรัดผู้ป่วยอยู่ที่พื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่อง
- ๔.๑.๑๒ ล้อของเตียงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร สามารถล็อกล้อได้
- ๔.๒ ระบบควบคุมการปรับท่าต่างๆ ของเตียง
- ๔.๒.๑ สามารถปรับท่าต่างๆ ของเตียงได้ดังนี้
- ๔.๒.๑.๑ สามารถปรับระดับความสูงของพื้นเตียงได้ต่ำสุดไม่เกิน ๔๖๐ มิลลิเมตร และสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร (ความสูงจากพื้นถึงพื้นเตียง)
 - ๔.๒.๑.๒ สามารถปรับท่ายกศีรษะสูง หรือส่วนรองรับหลังขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐ องศา
 - ๔.๒.๑.๓ สามารถปรับท่ายกเข่าขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า ๓๕ องศา
 - ๔.๒.๑.๔ สามารถปรับท่านั่งแบบอัตโนมัติ (Auto contour) ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวเตียงจะทำการปรับยกส่วนศีรษะและส่วนเข่าอย่างสัมพันธ์กันแบบอัตโนมัติ โดยเมื่อปรับขึ้นสูงสุดพื้นเตียงบริเวณหลังจะถอยออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มิลลิเมตร และพื้นเตียงส่วนต้นขาจะถอยออกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร เพื่อความสบายในการนั่ง และไม่ให้พื้นเตียงบีบผู้ป่วยมากเกินไป
 - ๔.๒.๑.๕ มีปุ่มสำหรับปรับเป็นท่ายกหลังขึ้นสูงสุด ๓๐ องศา แล้วเตียงจะหยุดเองอัตโนมัติ (Backrest rise ๓๐° position)
 - ๔.๒.๑.๖ มีปุ่มสำหรับปรับเป็นท่าตรวจ (Examination position) โดยเตียงจะถูกปรับให้อยู่ในแนวระนาบพร้อมปรับเตียงให้สูงที่สุดในเวลาเดียวกัน ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 - ๔.๒.๑.๗ มีปุ่มสำหรับปรับเป็นท่าลุกออกจากเตียง (Egress position) โดยเตียงจะถูกปรับยกหลังขึ้น พร้อมปรับเตียงให้ต่ำที่สุดในเวลาเดียวกัน ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เพื่อช่วยพยุงคนไข้ลุกออกจากเตียง
 - ๔.๒.๑.๘ มีปุ่มสำหรับปรับเตียงราบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน (Electric CPR Function) โดยพื้นเตียงจะถูกปรับให้อนราบและปรับระดับต่ำลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมขึ้นปั๊ม CPR
- ๔.๒.๒ มีชุดควบคุมการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง ดังนี้
- ๔.๒.๒.๑ มีชุดคอนโทรลสำหรับผู้ป่วยชนิดฝังตัวตรวจกันเตียงช่วงบนด้านในทั้งซ้าย-ขวาของเตียง โดยสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ ปรับระดับหลังขึ้น-ลง, ปรับระดับเข่าขึ้น-ลง, ปรับเตียงสูง-ต่ำ และปรับระดับหลังกับเข่าขึ้น-ลง พร้อมกัน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวอรวลี ชื่นชม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๒.๒.๒ มีชุด.....



๔.๒.๒.๒ มีชุดคอนโทรลสำหรับผู้ดูแลชนิดฝังติดราวกันเตียงช่วงบนด้านนอกทั้งซ้าย-ขวาของเตียง โดยสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ ปรับระดับหลังขึ้น-ลง, ปรับระดับเข้าขึ้น-ลง, ปรับเตียงสูง-ต่ำ, ปรับระดับหลังกับเข้าขึ้น-ลง พร้อมกัน, มีปุ่มกดปรับเป็นท่าลุกออกจากเตียง, มีปุ่มกดปรับเป็นท่าตรวจ และมีปุ่มกดสำหรับปรับเตียงราบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการทำ CPR

๔.๒.๒.๓ ติดตั้งชุดคอนโทรลชนิดมีสาย ๑ ชุดสำหรับผู้ดูแล บริเวณท้ายเตียง โดยสามารถปรับการทำงานได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ ปรับระดับหลังขึ้น-ลง, ปรับระดับเข้าขึ้น-ลง, ปรับเตียงสูง-ต่ำ, ปรับระดับหลังกับเข้าขึ้น-ลงพร้อมกัน, มีปุ่มกดปรับหลังขึ้นสูงสุด ๓๐ องศาอัตโนมัติ, มีปุ่มกดปรับเป็นท่าลุกออกจากเตียง, มีปุ่มกดปรับเป็นท่าตรวจ, มีปุ่มกดสำหรับปรับเตียงราบอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการทำ CPR และมีปุ่มล็อคการปรับเตียงป้องกันคนไข้มองเอง มีที่เก็บชุดคอนโทรลอยู่ใต้เตียงด้านท้ายหากไม่ได้ใช้งาน

๔.๓ เบาะที่นอนของเตียง

๔.๓.๑ เป็นที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับได้

๔.๓.๒ ด้านบนทำด้วยวัสดุ Memory foam และด้านล่างทำด้วยวัสดุ Polyurethane foam มีความหนาแน่นของเนื้อโฟมด้านบนไม่น้อยกว่า ๕๕ (±๕) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความหนาแน่นของเนื้อโฟมด้านล่างไม่น้อยกว่า ๓๐ (±๕) กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๓ วัสดุหุ้มเบาะที่นอนผลิตจาก Polyester และเคลือบด้วย Polyurethane และมีข้อความแสดงคุณสมบัติส่วนท้ายของที่นอน ดังนี้

- สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ไม่ลามไฟ
- สามารถป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค มีซิป ๓ ด้าน
- สามารถถอดทำความสะอาดได้

๔.๓.๔ วัสดุหุ้มเบาะที่นอนผ่านการรับรองมาตรฐานการลามไฟ NFPA๗๐๑:๒๐๑๕ (พร้อมเอกสารรับรอง)

๔.๓.๕ ขนาดของเบาะมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเตียง

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เสาน้ำเกลือ	จำนวน	๑	ต้น/เตียง
๕.๒ เบาะที่นอน	จำนวน	๑	หลัง/เตียง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ เป็นเตียงใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๖.๒ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าครบถ้วน

๖.๓ ผู้ขายมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายเตียงโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๖.๔ ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ เพื่อการรับประกันหลังการขาย

๖.๕ มีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในการสนับสนุนอะไหล่สำรองสำหรับเตียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสาวอรวิณี ชื่นชม)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



- ๖.๖ ผู้ขายรับผิดชอบในการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานจนสามารถเข้าใจการใช้งานบำรุงรักษาและการตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๗ ผู้ขายต้องมีเอกสารหลักฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ใบ อย.) ของเตียงในรุ่นที่เสนออย่างถูกต้องครบถ้วน โดยยื่นเอกสารมาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา
- ๖.๘ ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้ การดูแลบำรุงรักษา (Operation Manual) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุดละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อประหยัดเวลา
๗. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
๘. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
เกณฑ์ราคา
๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ
จำนวน ๔ เติ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวอรวลี ชื่นชม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ





Medical Master

MEB-900
Advanced Electric Bed Series



Medical Master

Medical-Master started healthcare trading business at Taiwan from 2003. From 2006, we became manufacturer and had our own site in Taiwan Chunghua County and started by 500 sqm. In 2009, we enlarge the site in same place to 1500 sqm. In 2015, we enlarge the site in same place to 5000 sqm. Our company follow the System of Management for the Quality **ISO 13485: 2013**.


At Medical-Master, we are specialists in the design, manufacturing, marketing and service of good quality product for hospital, clinic and homecare.

At Medical-Master, we expect to bring you high technology product with high quality material that provide the patient, nurse, doctor and caregiver with right environment to recover and use.

Frank Lin
General Manager



EN 60601-2-38/ EN 60601-1/ EN 60601-1-2/ EN 60601-2-52/ EN 1970: 2001
EN 12531/ BS 7177 (above certificates only suitable for some models)



CONTENTS

- MEB-900 Feature
- MEB-900 Specification
- MEB-900 Technical data

Standard hospital care bed of MEB-900 series provide very good level of comfort for user, caregiver and nursing staff. This full electric adjustable bed has 4 sections in standard and electric operation for all movements.

Both models could add different options to use for different purposes, like weight scale, X-ray cassette, lifting pole, Balkan frame, battery...etc. The bed comply with latest IEC-60601-2-52 for patient trap request.


- Full electric adjustment
- Design for standard hospital ward, recovery ward, ICU ward
- Battery back-up for power failure condition
- OneStep release and auto-lock side rail
- Full compliance with IEC 60601-2-52 trap demand
- SWL (safe working load): 230 kg (MEB-903 series); 250 kg (MEB-904 series)
- Four dual-locking caster with central locking pedal (option)
- Optimum protection against a fall
- Simple control and handling
- Various platform size: 80/ 86/ 91 cm (overall width: 100/ 101/ 106 cm)
- Easy K/D steel and PP platform for easy storage and maintenance
- Quick assembler/ disassembler bed end

Advanced Hospital Bed

MEB-900 Series Feature

We know that comfortable and wellbeing play a considerable part in the patient's recovery. However, we also know about many demands of daily hospital life. By over 40 years' experience on medical field, Medical-Master has been offering a reliable example of excellent quality for patient and staff alike.


Model: MEB-903/ MEB-903M General Ward Bed



MEB-903 series is modern budget oriented hospital bed is stable build to provide long terms service and to withstand the tough condition encountered in day to day hospital routines. Not only its design but also the convincing quality of the materials make this bed easy to clean and daily operation.



Model: MEB-904/ 904ICU/ 904DS Acute Care Bed




MEB-904 series has a positive effect on the treatment and convalescence of patients and make the work of acute care staff more effective and easier with the help of function features and properties. The modern hospital bed is far more than just a passive platform on which to place a patient. It will actively support treatment and nursing procedures.



3501


Advanced Hospital Bed

MEB-900 Series Feature



A. Remote backlight handset (option)


- Back adjustment
- Knee adjustment
- Auto contour
- Height adjustment
- Trendelenburg & reverse Trendelenburg (904 only)



B. Safety design side rail with shock absorber and store compartment


The side rail comply with IEC 60601-2-52 safety standard. Each rail has a shock absorber for reduce the shock resulting from the rail being pull down.

The gap between side rail & H/F board and side rail safety. Store compartment offer convenient space for personal item, like phone, watch and glasses.



C. Angle indicator

When the bed is operation, you can confirm the angle by checking the angle indicator. It locate on each side rail of bed. Back rail indicator measure back angle. Knee rail indicator measure 111 angle.



D. Build-in control unit

Build-in control unit increase the patient's self-reliance and convenient for caregiver and nurse staff take over bed in any position. Color follow with bed end panel.

E. Rotating bumper

A rotating bumper is located at each corner of the bed to reduce the impact of collisions

F. Nurse control panel (ACP) and store rack

Nurse control panel details will show in next page. The nurse control panel could be stowed under the foot board when it is not used, which will help to prevent accident touch and panel fall down during transport. For general condition, it can hang on foot board and foot rail.

G. H/F board

The bed end could remove and install without any tools and it could provide speedy support for emergency demand. It could add lock system in the end. Color is changeable. Build-in push handle could offer easy bed transport. Featuring a smooth surface with little indentation, these head & foot board allow cleaning to be performed with ease. The color stick is changeable.

H. Accessories rail

Accessories rail is located on each side of the bed and each rail has 3 stable hooks. Items such as urine bag and drainage bag can be attached to the accessories rail.

I. Locking system

The 125 mm diameter single/ twin wheel caster can be locked completely by 1 step on pedal on both sides of bed end. Steering model is opposite operation. Most mechanical structure has cover protection and it will safely by steam cleaner.

Note 1: MEB-903 series: Diagonal locking system is standard.

Note 2: Anti-static caster is option.

Note 3: 150 mm caster is option.

J. Manual CPR lever

In case of emergency, manual CPR for back rest could release it within 3 seconds. It located on each side of head section.

Note 1: MEB-903 & MEB-904 is option Note 2: MEB-903M is not available to install

K. Molding mattress base

Strength and durability are ensure by use of established and consistent manufacturing methods Easy install and storage for maintenance and service in the future. Each sleeping surface compose by 10 pcs same size platform. Each bed has ventilation hole and body strap holder. 2 different

raw material: PP by blowing and steel by pressing.



Note 1: Steel platform has 3 size: 80/86/91 cm

Note 2: PP platform has 1 size: 86 cm




Supervisor Control Panel

The supervisor nurse control panel has clear graphic design for friendly using. Besides the function operation, lock / unlock, it contains 5 memory position - chair position, examination position, CPR, anti-shock and egress position.




Chair position

The chair position help the patient prevent respiratory complications and it will offer a better shape using environment for reading and dining.





Egress position

The egress position will lowering the bed height to min. The mattress platform will become 90° (back: 90° and feet: 0°).




Anti-shock position

The anti-shock position will lowering the back section and foot section, then the bed will be Trendelenburg position.



CPR position

The CPR position will bring the total bed to horizontal position in any position.



Examination position


The examination position will raise up the bed to max height and mattress platform down to the horizontal. It will help nurse staff to monitor and threat patient.



Action Button


The Action button safety concept protect the patient against injury from unexpected touch from nurse control panel. The all functions on nurse control panel should work with Action button before operation.

Build-in Control Unit





According to different bed series, there will be different build-in control unit system. For MEB-903/903M/904, the bed will equip panel 1. For MEB-904ICU/ MEB-904DS, it will equip panel 2 (outer) and 3 (inner).

For safety concept, panel 2 and 3 has power switch/ indicator (the side panel will allow to operate when power switch on). For convenient concept, the backlight will active automatically when power on. For green concept, the backlight will off when bed has no operation within 15 seconds and power will switch off after 30 seconds.



Anti-decubitus device

The anti-decubitus device will reduce the pressure on back and buttock position by auto-regression mechanism. When back and knee section raise up, continuously extends the space at pelvis areas to 14 cm (back: 11 cm and knee: 3 cm) and thus the pressure between mattress and tissue will be reduce. By this device, the bedsores risk could reduce. Further friction between mattress and patient could be reduce by collocate our pressure reduce mattress (YL-105 with MC-04 foam).



MEB-900 Series Technical Data:


Model/ Specification	MEB-903	MEB-903M	MEB-904
Purpose	General Ward	General Ward	General Ward/ VIP Ward
Dimension (platform & overall)	800 x 1920 mm (1000 x 2140 mm) 860 x 1920 mm (1010 x 2140 mm) 910 x 1920 mm (1060 x 2140 mm)		
Adjustable height	440~750mm (steel platform) 450~760mm (PP platform)		
Back adjustment	0 ~70°	0 ~70°	0 ~70°
Knee adjustment	0 ~35°	0 ~35°	0 ~35°
Trendelenburg & Rev.	None	None	+15°/-15°
Trendelenburg	None	None	+15°/-15°
Call adjustment	Option	Option	10 steps
Auto-regression	Back/ buttock: 11 cm/ 3 cm		
Side rail specification	New lock-away side rail with less trap and better protection (IEC 60601-2-52)		
PP material	With gas-spring assistance and store compartment		
Manual CPR (back)	Option	None	Option
Control system	Low voltage motor system (3)	Low voltage motor system (3)	Low voltage motor system (4)
		Manual crank (power failure)	
Recharge battery	Standard (30 times use after full charge)		
Build in control unit	Panel 1 (inner x 2, outer x 2)		
Nursing control panel	ACP 03	ACP 03	ACP 04
Urinal hook	Standard (both sides with 3 hooks)		
IV pole and socket	1 units IV pole with 4 units socket		
Sleeping surface	4 sections: movable power coating steel pan with ventilation holes and body strap holder		
Head/ foot board	PP material, detachable for emergency		
Caster	125 mm	125 mm	125 mm
Locking system	Diagonal brake system	Diagonal brake system	Diagonal brake system
X-ray cassette	Option	Option	Option
Under bed light system	None	None	Option
Lifting pole and socket	Option	Option	Available both sides of back
Bed extension	Option	Option	Option
Weight scale	Option	None	Option
Loading capacity	Max. 230 kg	Max. 230 kg	Max. 250 kg

• Tolerance of dimension is about 5%. • Medical-Master reverse the right to change specification without notice

Model/ Specification	MEB-904ICU	MEB-904DS
Purpose	VIP ward/ ICU ward	VIP ward/ ICU ward
Dimension (platform & overall)	800 x 1920 mm (1000 x 2140 mm) 860 x 1920 mm (1010 x 2140 mm) 910 x 1920 mm (1060 x 2140 mm)	
Adjustable height	440~750 mm (steel platform) 390~760 mm (PP platform)	
Back adjustment	0 ~70°	0 ~70°
Knee adjustment	0 ~35°	0 ~35°
Trendelenburg & Rev.	+15°/-15°	+15°/-15°
Trendelenburg	+15°/-15°	+15°/-15°
Call adjustment	10 steps	10 steps
Auto-regression	Back/ buttock: 11 cm/ 3 cm	
Side rail specification	New lock-away side rail with less trap and better protection (IEC 60601-2-52)	
PP material	With gas-spring assistance and store compartment	
Manual CPR (back)	Available on both sides of back	Available on both sides of back
Control system	Low voltage motor system (4)	Low voltage motor system (4)
	Connection control box (1)	Connection control box (1)
Recharge battery	Standard (30 times use after full charge)	
Build in control unit	Panel 2 (inner x 2, outer x 2)	
Nursing control panel	ACP 04	ACP 04
Urinal hook	Standard (both sides with 3 hooks)	
IV pole and socket	1 units IV pole with 4 units socket	
Sleeping surface	4 sections: movable power coating steel pan with ventilation holes and body strap holder	
Head/ foot board	PP material, detachable for emergency	
Caster	125 mm	125 mm
Locking system	Central locking system	Central locking system
X-ray cassette	Option	Available for back section
Under bed light system	Option	Standard (switch on side panel)
Lifting pole and socket	Available both sides of back	
Bed extension	Option	Available both sides of back
Weight scale	Option	Available in the foot side
	Option	Max weight: 300 kg. Tolerance: 100 g
		Build-in battery for power failure
Loading capacity	Max. 250 kg	Max. 250 kg

Option list: (Option is not available for all models. Please check before you place the order)


- X-ray cassette



- Lifting pole




- Bed extension
(with extension pad)




- Under bed lighting




- File holder



- Monitor tray




- Upright oxygen holder



- TENTE/ Catis twin caster



- Remote handset holder



Color option: For more color choice, please check with Medical-Master

Blue
(Pantone 7682C)



Brown
(Pantone 729C)



Red
(Pantone 195C)



Orange
(Pantone 715C)



Medical-Master Co., Ltd.

Add: No.59-5, Ying Cheng 1st, Shi-Tueng Dist, Taichung City 407, Taiwan

Tel: +886-4-23171027 / 23171028 Fax: +886-4-23171029

E-mail: info@medical-master.com Website: www.medical-master.com

Distributor:

Our company reserves rights to revise the technical parameters, appearance and structure, color, etc. of the products including in this catalog without previous notice.



IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.
Lasalle Tower, Floor G/2, Floor 1-2, 10/11 Moo 16
Srinakarin Road, Bangkeaw, Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand
T : +66 2 349 4780 - 3
F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883
E : thainfo@idsMED.com
www.idsMED.com (Tax ID : 0105556093287)

ใบเสนอราคา

เรื่อง เสนอราคา เติงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า	เลขที่ BKA06/680108-004
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี	วันที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย แค็ตตาล็อก พร้อมรายละเอียด	อ้างถึง

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ Medical Master
ประเทศ ไต้หวัน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวน	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วยละ	ส่วนลด/หน่วย	ราคารวม
4	เตียง	เติงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รุ่น MEB-903 ผลิตภัณฑ์ Medical Master ประเทศ ไต้หวัน	60,000.00	5,100.00	219,600.00

หมายเหตุ: รับประกันคุณภาพ 2 ปี

	ยอดสุทธิ	219,600.00
- กำหนดส่งของภายใน 120 วัน นับจากวันรับใบสั่งซื้อ	ราคาสินค้า	205,233.64
- กำหนดยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14,366.36
- เงื่อนไขการชำระเงิน 90 วัน	ราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	219,600.00

(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน)

กรรมสิทธิ์ในสินค้าข้างต้นยังไม่โอนไปเป็นของลูกค้านักกว่าจะชำระราคาครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เสนอราคา นางสาวสุจิรา มุลมิตร์
มือถือ : 096-853 4514
ผู้ออกเอกสาร นางสาวคณินิจ ตังจะติพิชัย

Surat Prommanan
(นายสุโรจน์ พรหมวรานนท์)

Director - Medical Specialty Care



บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/2, ชั้น 1-2, เลขที่ 16 อ.ศรีนครินทร์, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540

T : +66 2 349 4780 -3, F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883, E : thainfo@idsMED.com

FP-SAL-01-02 Rev.02

Thailand





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)



เลขที่ 00019/200253/0019/68

วันที่ 30 มกราคม 2568

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ สรรพสินทรัพย์ กม.14
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสรรพสินทรัพย์ กม.14 991 ม.5 ถนนสรรพสินทรัพย์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โดย นาง ดลนภัส ทองหงส์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขาย เติงผู้ป่วยชนิดตามไคร์ปรับระดับไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน 4 เติง

ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ซึ่งผู้ขายต้อง
วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน - 10,980.00 บาท -
(-หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ
จำนวนไม่เกิน - 10,980.00 บาท -
(-หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
ถึงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ค้ำประกัน

(นาง ดลนภัส ทองหงส์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

(นาง จัชญา ดนัยมงคล)

(นางสาว สุพิชฌาย์ สุวรรณวงศ์กุล)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ.44 กป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC 10000 Tel:+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th



เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
หมดกำหนดอายุแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร