

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพุงแบบ Hybrid (Locking Plate Titanium) จำนวน ๑ รายการ

สัญญาเลขที่๑๕...../๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๖..... ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๕๕/๓๘๙ หมู่ที่ ๕ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวอัปษรศรี ศรีพลายงาม ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๗๘๘๘๑ ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพุงแบบ Hybrid (Locking Plate Titanium) จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไปมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่ขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้ให้แก่ผู้จะซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ แต่ผู้จะซื้อ อาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย



(ลงชื่อ).....*สม. ทรัพย์*.....ผู้จะซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*อัปษรศรี*.....ผู้จะขาย

(นางสาวอัปษรศรี ศรีพลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

/ ข้อ ๓. เอกสาร...

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๓.๑ ผนวก ๑.....(รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย).....จำนวน.....๑.....หน้า
๓.๒ ผนวก ๒.....(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)..... จำนวน.....๙.....หน้า
๓.๓ ผนวก ๓.....(แค็ตตาล็อก).....จำนวน.....๘.....หน้า
๓.๔ ผนวก ๔.....(ใบเสนอราคา).....จำนวน.....๒.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อ คำวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน ๕ ชุด (ห้าชุด) หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑ ชุด (หนึ่งชุด) โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๓ วัน (สามวัน)

ข้อ ๕. การส่งมอบ

ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

ข้อ ๖. การตรวจรับ

เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลดหรือตัดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้



/ข้อ ๗. ...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวอัปสรศรี ศรีพลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้ขายภายใน...๔๕...วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้ซื้อ

ข้อ ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา...-...ปี ...-...เดือน ...-... วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน...๑...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเองหรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๔๕๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๕...(๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....๑๕.....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



/ข้อ ๑๐...

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวอัปษรศรี ศรีพลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันตามข้อ ๙ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด.....๑..... (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ.....๐.๒....(๐.๒...%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อหรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามสัญญาข้อ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอปกกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอปกส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

/ข้อ ๑๒...

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่มุขเสถียร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นางสาวอัปสรศรี ศรีพลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด...๓๐.....(....สามสิบ....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๓๐.....(....สามสิบ....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ผู้จะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จะซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



/ข้อ ๑๔ ...

(ลงชื่อ)..........ผู้จะซื้อ

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้จะขาย

(นางสาวอัปษรศรี ศรีปลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ข้อ ๑๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของผู้จะขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาซึ่งประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาซึ่งประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้จะซื้อ
(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



(ลงชื่อ)..........ผู้จะขาย
(นางสาวอภิรศรี ศรีพลายงาม)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายณิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑.	แผ่นโลหะตามกระดูก (Locking Plate Titanium)	๑๒๕	ชิ้น	๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๐๖๒,๕๐๐.๐๐
๒.	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Locking Screw Titanium)	๑,๔๐๐	ชิ้น	๑,๖๑๐.๐๐	๒,๒๕๔,๐๐๐.๐๐
๓.	สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cortex Screw Titanium)	๑๒๕	ชิ้น	๒๖๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
รายการที่ ๑ ประกอบด้วย

ชื่อ โลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว- สกรูยึดกระดูกสันหลัง

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับยึดตามกระดูกสันหลังในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังหักและเคลื่อน และความผิดปกติของกระดูกสันหลังต่างๆ

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ วัสดุทำด้วยโลหะไททาเนียม

๒.๒ สามารถนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเพื่อการปลอดเชื้อโดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรง

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ สกรูแบบหัวหมุนไม่ได้ (Mono axial screw) มีร่องสำหรับใส่ Rod ที่ด้านบนของหัวสกรู มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางดังนี้

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๐-๓๕ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๐-๔๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๐- ๔๕ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๐- ๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕- ๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๔๐-๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕- ๕๐ มิลลิเมตร

๓.๒ สกรูเป็นแบบหัวหมุนได้ (Poly axial Screw) มีร่องสำหรับใส่ Rod ที่ด้านบนของหัวสกรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดังนี้

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๒๕-๓๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๒๕-๓๕ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕-๔๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๕ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๓๕-๕๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘.๐ มิลลิเมตร ความยาวอย่างน้อย ๘๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ลักษณะเกลียวยึดกระดูกแบบ ๒ ชั้น มีทั้ง Cancellous และ Cortex เพื่อเสริมความแน่นยิ่งขึ้น


๑. นายธนพรช ลือวิเศษไพบุลย์

๒. นางเปรมจิต เกตษา

๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ


บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

/๒. โลหะตามกระดูก...



ชื่อ โลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว - นี้อตล็คสกรูยึดกระดูกสันหลัง

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับยึดตามกระดูกสันหลังในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังหักและเคลื่อน และความผิดปกติของกระดูกสันหลังต่างๆ

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ วัสดุทำด้วยโลหะไททาเนียม

๒.๒ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเพื่อการปลอดเชื้อโดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรง

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ มีน็อต (Inner) และมีร่องรูปดาวหกแฉก สำหรับยึดสกรูกับ Rod จำนวน ๑ ชั้นต่อชุด

๓.๒ เคลือบสารเพื่อความเรียบลื่นขณะหมุนล๊อค

ชื่อ โลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว - แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง

๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับยึดตามกระดูกสันหลังในโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังหักและเคลื่อน และความผิดปกติของกระดูกสันหลังต่างๆ

๒ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ วัสดุทำด้วยโลหะไททาเนียม

๒.๒ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนเพื่อการปลอดเชื้อโดยไม่เสียคุณสมบัติและความแข็งแรง

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ Rod มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๕ และ ๖.๐ มิลลิเมตร มีความยาวตั้งแต่ ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐, ๙๐, ๑๐๐, ๑๑๐, ๑๒๐, ๑๓๐, ๑๔๐, ๑๕๐, ๓๐๐ และ ๔๐๐ มิลลิเมตร สามารถตัดและดัดโค้งงอได้

๓.๒ Rod มีลักษณะเหลี่ยมหนึ่งด้านที่สัมผัส Inner nut เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสและความแน่นยิ่งขึ้น

๓.๓ ตัวเชื่อมระหว่างโลหะไททาเนียมทั้ง๒ฝั่ง (Crosslink) มีความยาวตั้งแต่ ๖๐-๗๐ มิลลิเมตร

๔. รายละเอียดทั่วไป

๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ บริษัทผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์สากล ISO๑๓๔๘๕

๔.๓ บริษัทผู้นำเข้าได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนด (EC Certificate หรือ CE mark)

๑. นายธนพรช ลือวิเศษไพบูลย์

๒. นางเปรมจิต เกตษา

๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ

.....
.....
.....

 /รายการที่ ๒...

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.
นางชนก

รายการที่ ๒

ชื่อ ชุดโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยางแบบ Hybrid (Locking Plate Titanium)

๑. วัตถุประสงค์ ใช้ยึดตรึง กระดูกต้นแขนส่วนต้น กระดูกต้นแขนส่วนปลายด้านในและนอก กระดูกปลายแขนส่วนต้น กระดูกปลายแขนส่วนปลาย กระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอกและใน กระดูกหน้าแข้งส่วนปลายด้านนอก กระดูกต้นขาส่วนต้น และในที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิดปกติจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือด หรือเนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูก (Locking Plate Titanium)

๑. Distal Tibia Medial/ Lateral Locking Plate
๒. Proximal Tibia Plateau Medial/Lateral Locking Plate
๓. Proximal Humeral Locking Plate
๔. Distal Humeral Medial/Lateral Locking Plate
๕. Distal Radius Locking Plate
๖. Proximal femur Locking Plate
๗. Distal femur Locking Plate

๒.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw Titanium)

๑. Locking Screw (TT) ๒.๔ mm
๒. Locking Screw (TT) ๒.๗ mm
๓. Locking Screw (TT) ๓.๕ mm
๔. Locking Screw (TT) ๕.๐ mm

๒.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cortex Screw Titanium)

๑. Cortex Screw (TT) ๒.๗ mm
๒. Cortex Screw (TT) ๓.๕ mm
๓. Cortex Screw (TT) ๔.๕ mm

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ทำด้วยโลหะ ไทเทเนียม ชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Titanium grade for medical device instrument)
- ๓.๒ มีหนังสือรับรองคุณสมบัติและใบรับรองมาตรฐาน
- ๓.๓ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖
- ๓.๔ สามารถ อบ นึ่ง ปราศจากเชื้อโรคได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๑. นายธนพรธัช ลีอภิเชษโพนกุลย์

๒. นางเปรมจิต เกตษา

๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

/๔ คุณสมบัติ...



๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพวยง (Locking Plate Titanium)

๑. แผ่นโลหะตามกระดูกมีร่องในแผ่นโลหะ เพื่อลดผิวสัมผัสระหว่างกระดูก
๒. แผ่นโลหะตามกระดูกมีให้เลือกทั้งชายและขวาในบางชนิดที่มีความจำเป็นต้องแบ่งข้างตามลักษณะของกระดูก
๓. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีรูหัวล็อก (Lock Screw ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร ใช้กับสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีรูหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร ใช้กับสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร และสกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก (Cortex Screw) ขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีรูหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร ใช้กับสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร และสกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก (Cortex Screw) ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีรูหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๕.๐ มิลลิเมตร ใช้กับสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ขนาด ๕.๐ มิลลิเมตร และสกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก (Cortex Screw) ขนาด ๔.๕ มิลลิเมตร
๔. แผ่นโลหะตามกระดูกมีรูสำหรับใส่สกรูบริเวณ shaft เป็นแบบ Combi-Holes เรียงกัน สามารถเลือกใส่ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw) หรือสกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก (Cortex Screw)
๕. Sleeve Lock ขานรับกับรูหัวล็อกในแผ่นโลหะตามกระดูก

๔.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock Screw Titanium)

๔.๒.๑ Locking Screw ๒.๔mm

๑. หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดูก
๒. สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้ไม่ต้องทำเกลียว
๓. หัวสกรูมีร่องรูปดาวแฉก (Stardrive Socket)
๔. เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๒.๔ มิลลิเมตร
๕. ขนาดของแกนสกรู
๖. มีความยาวสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความยาวให้เลือกจนถึง ๓๖ มิลลิเมตร ความยาวสกรูแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๔.๒.๒ Locking Screw ๒.๗mm

๑. หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดูก
๒. สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้ไม่ต้องทำเกลียว
๓. หัวสกรูมีร่องรูปดาวแฉก (Stardrive Socket)
๔. เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter)
๕. ขนาดของแกนสกรู ๒.๒ มิลลิเมตร
๖. มีความยาวสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความยาวให้เลือกจนถึง ๓๖ มิลลิเมตร ความยาวสกรูแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๑. นายธนพรพรช ลือวิเศษไพบูลย์

๒. นางเปรมจิต เกตษา

๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ



บริษัท เอเทค เมดิคัล จำกัด
A.TECH MEDICAL CO.,LTD.

/๔.๒.๓ Locking...

๔.๒.๓ Locking Screw ๓.๕ mm.

๑. หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดุกและตัวเกลียวส่วนลือคกับแผ่นโลหะมีลักษณะกลมมน (Ballend) เพื่อให้หัวสกรูจมลงในเกลียวรับของแผ่นโลหะ
๒. สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดุกได้ไม่ต้องทำเกลียว
๓. หัวสกรูมีเป็นแบบ Hybrid มีร่องเป็นหกเหลี่ยมและดาวแฉกสำหรับไขอยู่ในหัวสกรูเดียวกัน
๔. เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๓.๕ มิลลิเมตร
๕. ความยาวสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวให้เลือกไปจนถึงอย่างน้อย ๘๐ มิลลิเมตร สกรูแต่ละความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร (สกรูที่ยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ มิลลิเมตร) สกรูแต่ละความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (สกรูที่ยาวมากกว่า ๕๐ มิลลิเมตร)

๔.๒.๔ Locking Screw ๕.๐ mm

๑. หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดุกและตัวเกลียวส่วนลือคกับแผ่นโลหะมีลักษณะกลมมน (Ballend) เพื่อให้หัวสกรูจมลงในเกลียวรับของแผ่นโลหะ
๒. สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดุกได้ไม่ต้องทำเกลียว
๓. หัวสกรูมีเป็นแบบ Hybrid มีร่องเป็นหกเหลี่ยมและดาวแฉกสำหรับไขอยู่ในหัวสกรูเดียวกัน
๔. เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๕.๐ มิลลิเมตร
๕. ความยาวของสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร และมีความยาวให้เลือกไปจนถึงอย่างน้อย ๔๕ มิลลิเมตร สกรูแต่ละความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร (สกรูที่ยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ มิลลิเมตร) สกรูแต่ละความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (สกรูที่ยาวมากกว่า ๖๐ มิลลิเมตร)

๔.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cortex Screw Titanium)

๔.๓.๑ Cortex Screw ๒.๗ mm

๑. หัวสกรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Head diameter
๒. เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๒.๗ มิลลิเมตร
๓. หัวสกรูมีร่องเป็นรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๒.๗ มิลลิเมตร
๔. แกนสกรู Core Diameter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๙ มิลลิเมตร
๕. ความยาวของสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวให้เลือกไปจนถึงอย่างน้อย ๒๔ มิลลิเมตร ความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๒ Cortex screw ๓.๕ mm.

๑. หัวสกรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Head diameter)
๒. หัวสกรูมีร่องเป็นรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) ขนาด ๒.๕ มิลลิเมตร
๓. เกลียวของสกรู (Thread diameter) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
๔. แกนสกรู (Core diameter) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔ มิลลิเมตร
๕. ความยาวของสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวให้เลือกไปจนถึงอย่างน้อย ๔๐ มิลลิเมตร ความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๑. นายธนพรรษ ลือวิเศษไพบูลย์

๒. นางเปรมจิต เกตษา

๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A-TECH MEDICAL CO.,LTD

๔.๓.๓ Cortex...

๔.๓.๓ Cortex screw ๔.๕ mm.

๑. หัวสกรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Head diameter) ๘.๐ มิลลิเมตร
๒. หัวสกรูมีร่องเป็นรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
๓. เกลียของสกรู (Thread diameter) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มิลลิเมตร
๔. แกนสกรู (Core diameter) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๒ มิลลิเมตร
๕. ความยาวของสกรูเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร และมีความยาวให้เล็กลงไปจนถึงอย่างน้อย ๕๐ มิลลิเมตร ความยาวแตกต่างกันไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑. ต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติและ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖
- ๕.๒ บริษัทมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตรง จากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๓ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ที่รู้จักและใช้กันทั้งโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ และทั่วไป
- ๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ได้เคยทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในโรงพยาบาลบางพลีและมีหนังสือรับรองการใช้งานจากแพทย์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลบางพลี
- ๕.๕. การบรรจุผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๕.๖ บริษัทยินยอมเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หากพบมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง
- ๕.๗ บริษัทมีเครื่องมือช่วยสำหรับทำการผ่าตัดกับแผ่นโลหะตามกระดูก
- ๕.๘ บริษัทมีระบบการจัดเก็บและการขนส่งให้มีพอเพียงต่อการผ่าตัดภายในโรงพยาบาลอยู่เสมอ
- ๕.๙ ถ้าเกิดมีการชำรุดของเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัดซึ่งเกิดจากการขนส่ง หรือจากเหตุสุดวิสัย ขณะทำการผ่าตัด บริษัทยินดีรับผิดชอบ
- ๕.๑๐ ผู้เสนอราคามีผู้ชำนาญงานให้บริการขณะทำการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๑. นายธนพรพรช ลือวิเศษไพบูลย์
๒. นางเปรมจิต เกตษา
๓. นางสาวเนตรชนก พระวิเศษ

.....
.....
.....



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO., LTD.

/รายการที่ ๓...



A TECH MEDICAL

Locking Plate & Screw

Distal Tibia Medial Lowbend Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
33304L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Left	145
33304R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Right	145
33306L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Left	145
33306R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Right	145
33308L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Left	173
33308R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Right	173
33310L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Left	201
33310R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Right	201
33312L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Left	229
33312R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Right	229
33314L	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Left	257
33314R	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Right	257

Distal Tibia Medial Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
1146-A000	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Left	145
1146-A001	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Right	145
1146-A010	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Left	173
1146-A016	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Right	173
1146-A002	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Left	201
1146-A003	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Right	201
1146-A004	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Left	229
1146-A005	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Right	229
1146-A006	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Left	257
1146-A007	DISTAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Right	257

Distal Tibia Antero Lateral Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
6078-A1007	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (3.5mm.) Left	95
6078-A1107	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (3.5mm.) Right	95
6078-A1009	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (3.5mm.) Left	121
6078-A1109	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (3.5mm.) Right	121
6078-A1011	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (3.5mm.) Left	147
6078-A1111	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (3.5mm.) Right	147
6078-A1013	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (3.5mm.) Left	173
6078-A1113	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (3.5mm.) Right	173
6078-A1015	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 15 HOLES (3.5mm.) Left	199
6078-A1115	DISTAL TIBIA ANTERO LATERAL LOCKING PLATE 15 HOLES (3.5mm.) Right	199

Proximal Tibia Lateral Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
1146-A031	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	138
1146-A032	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	138
1146-A033	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	174
1146-A034	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	174
1146-A035	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	210
1146-A036	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	210
1146-A037	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	246
1146-A038	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	246
1146-A039	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	282
1146-A040	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	282

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com



A TECH MEDICAL

Locking Plate & Screw

Proximal Tibia Medial Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
6075-A1005	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	130
6075-A11005	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	130
6075-A1007	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	163
6075-A11007	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	163
6075-A1009	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	196
6075-A11009	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	196
6075-A1011	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	226
6075-A11011	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	226
6075-A1013	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	256
6075-A11013	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	256

Proximal Tibia Lateral Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
109250041	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Left	123
109250042	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Right	123
109250061	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Left	123
109250062	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Right	123
109250081	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Left	159
109250082	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Right	159
109250101	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Left	195
109250102	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Right	195
109250121	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Left	231
109250122	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Right	231
109250141	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Left	267
109250142	PROXIMAL TIBIA LATERAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Right	267

Proximal Tibia Medial Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
109249041	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Left	138
109249042	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 4 HOLES (3.5mm.) Right	138
109249061	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Left	138
109249062	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 6 HOLES (3.5mm.) Right	138
109249081	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Left	174
109249082	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 8 HOLES (3.5mm.) Right	174
109249101	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Left	210
109249102	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 10 HOLES (3.5mm.) Right	210
109249121	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Left	246
109249122	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 12 HOLES (3.5mm.) Right	246
109249141	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Left	282
109249142	PROXIMAL TIBIA MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (3.5mm.) Right	282



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com



A TECH MEDICAL

Locking Plate & Screw

Proximal Humerus (Philos)
Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
9018-A003	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 3 HOLES (3.5mm.)	86
9018-A005	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 4 HOLES (3.5mm.)	99
9018-A005	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 5 HOLES (3.5mm.)	112
9018-A006	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 6 HOLES (3.5mm.)	124
9018-A007	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 7 HOLES (3.5mm.)	137
9018-A008	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 8 HOLES (3.5mm.)	148
9018-A009	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 9 HOLES (3.5mm.)	158
9018-A010	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 10 HOLES (3.5mm.)	168
9018-A011	PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE II 11 HOLES (3.5mm.)	178

Distal Humers Medial Locking
Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
9016-A005	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	89
9016-A105	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	89
9016-A007	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	115
9016-A107	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	115
9016-A109	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	141
9016-A109	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	141
9016-A111	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	167
9016-A111	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	167
9016-A114	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	206
9016-A114	DISTAL HUMERUS MEDIAL LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	206

Distal Humers Lateral
Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
9015-A005	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	91
9015-A105	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	91
9015-A007	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	117
9015-A107	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	117
9015-A109	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	143
9015-A109	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	143
9015-A111	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	169
9015-A111	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	169
9015-A114	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	208
9015-A114	DISTAL HUMERUS LATERAL LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	208



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com



A TECH MEDICAL

Locking Plate & Screw

Distal Humers Lateral without support Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
109124051	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	91
109124052	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 5 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	91
109124071	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	117
109124072	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 7 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	117
109124091	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	143
109124092	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 9 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	143
109124111	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	169
109124112	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 11 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	169
109124141	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Left	208
109124142	DISTAL HUMERUS LATERAL WITHOUT SUPPORT LOCKING PLATE 14 HOLES (2.7/3.5mm.) Right	208

Distal Radius Tcolumn Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
6023-A0003	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 3 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	40
6023-A1003	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 3 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	40
6023-A0004	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 4 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	48
6023-A1004	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 4 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	48
6023-A0005	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 5 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	58
6023-A1005	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 5 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	58
6023-A0006	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 6 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	68
6023-A1006	DISTAL RADIUS TCOLUMN LOCKING PLATE 6 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	68

Distal Radius Vcolumn Locking Plate 6 Head



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
6023-V6003	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 3 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	48
6023-V6013	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 3 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	48
6023-V6004	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 4 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	58
6023-V6014	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 4 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	58
6023-V6005	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 5 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	78
6023-V6015	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 5 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	78
6023-V6006	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 6 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	78
6023-V6016	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 6 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	78
6023-V6007	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 7 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	88
6023-V6017	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 7 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	88
6023-V6008	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 8 HOLES (2.4/2.7mm.) Left	98
6023-V6018	DISTAL RADIUS VCOLUMN LOCKING PLATE 6 HEAD X 8 HOLES (2.4/2.7mm.) Right	98



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD

(Handwritten signature)



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com



A TECH MEDICAL

Locking Plate & Screw

Proximal Femur Lateral Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
1130-A005	PROXIMAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLE (4.5mm./5.0mm.)	124
1130-A007	PROXIMAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLE (4.5mm./5.0mm.)	160
1130-A009	PROXIMAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLE (4.5mm./5.0mm.)	196
1130-A011	PROXIMAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLE (4.5mm./5.0mm.)	232
1130-A013	PROXIMAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLE (4.5mm./5.0mm.)	268

Distal Femur Lateral Locking Plate



CODE	DESCRIPTION	LENGTH.(mm.)
1131-A005	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	161
1131-A105	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 5 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	161
1131-A007	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	201
1131-A107	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 7 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	201
1131-A009	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	241
1131-A109	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 9 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	241
1131-A011	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	281
1131-A111	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 11 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	281
1131-A013	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	321
1131-A113	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 13 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	321
1131-A015	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 15 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Left	361
1131-A115	DITAL FEMUR LATERAL LOCKING PLATE 15 HOLES (4.5mm./5.0mm.) Right	361

A TECH
 บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
 A TECH MEDICAL CO.,LTD
(Signature)

(Signature)

 บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
 A TECH MEDICAL CO.,LTD.

Locking Screw With Self-tap Dia.
2.4mm.



CODE	DESCRIPTION
6023-A2410	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 10 mm.
6023-A2412	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 12 mm.
6023-A2414	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 14 mm.
6023-A2416	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 16 mm.
6023-A2418	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 18 mm.
6023-A2420	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 20 mm.
6023-A2422	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 22 mm.
6023-A2424	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 24 mm.
6023-A2426	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 26 mm.
6023-A2428	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 28 mm.
6023-A2430	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 30 mm.
6023-A2432	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 32 mm.
6023-A2434	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 34 mm.
6023-A2436	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.4mm. X 36 mm.


Locking Head Screw ,Self tap
Dia. 2.7mm.



CODE	DESCRIPTION
6023-A0010	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 10mm.
6023-A0012	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 12mm.
6023-A0014	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 14mm.
6023-A0016	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 16mm.
6023-A0018	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 18mm.
6023-A0020	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 20mm.
6023-A0022	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 22mm.
6023-A0024	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 24mm.
6023-A0026	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 26mm.
6023-A0028	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 28mm.
6023-A0030	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 30mm.
6023-A0032	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 32mm.
6023-A0034	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 34mm.
6023-A0036	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 36mm.
6023-A0038	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 38mm.
6023-A0040	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 40mm.
6023-A0042	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 42mm.
6023-A0044	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 44mm.



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com

**Locking Screw With Self-tap Dia.
3.5mm.**


CODE	DESCRIPTION
HCS03-T35010	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 10mm.
HCS03-T35012	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 12mm.
HCS03-T35014	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 14mm.
HCS03-T35016	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 16mm.
HCS03-T35018	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 18mm.
HCS03-T35020	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 20mm.
HCS03-T35022	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 22mm.
HCS03-T35024	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 24mm.
HCS03-T35026	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 26mm.
HCS03-T35028	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 28mm.
HCS03-T35030	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 30mm.
HCS03-T35032	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 32mm.
HCS03-T35034	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 34mm.
HCS03-T35036	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 36mm.
HCS03-T35038	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 38mm.
HCS03-T35040	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 40mm.
HCS03-T35042	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 42mm.
HCS03-T35044	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 44mm.
HCS03-T35046	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 46mm.
HCS03-T35048	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 48mm.
HCS03-T35050	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 50mm.
HCS03-T35055	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 55mm.
HCS03-T35060	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 60mm.
HCS03-T35065	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 65mm.
HCS03-T35070	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 70mm.
HCS03-T35075	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 75mm.
HCS03-T35080	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 80mm.

**Locking Screw With Self-tap Dia.
5.0mm.**


CODE	DESCRIPTION
HCS03-T10383	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 18mm.
HCS03-T10384	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 20mm.
HCS03-T10385	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 22mm.
HCS03-T10386	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 24mm.
HCS03-T10387	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 26mm.
HCS03-T10388	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 28mm.
HCS03-T10389	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 30mm.
HCS03-T10390	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 32mm.
HCS03-T10391	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 34mm.
HCS03-T10392	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 36mm.
HCS03-T10393	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 38mm.
HCS03-T10394	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 40mm.
HCS03-T10395	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 42mm.
HCS03-T10396	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 44mm.
HCS03-T10397	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 46mm.
HCS03-T10398	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 48mm.
HCS03-T10399	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 50mm.
HCS03-T10400	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 52mm.
HCS03-T10401	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 54mm.
HCS03-T10402	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 56mm.
HCS03-T10403	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 58mm.
HCS03-T10404	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 60mm.
HCS03-T10405	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 65mm.
HCS03-T10406	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 70mm.
HCS03-T10407	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 75mm.
HCS03-T10408	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 80mm.
HCS03-T10409	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 85mm.
HCS03-T10410	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 90mm.
HCS03-T10411	LOCKING SCREW WITH SELF-TAP Dia.5.0mm. X 95mm.

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270


TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com

Cortex Screw With Self-tap Dia. 2.7mm


CODE	DESCRIPTION
6023-A27010	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 10mm.
6023-A27012	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 12mm.
6023-A27014	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 14mm.
6023-A27016	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 16mm.
6023-A27018	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 18mm.
6023-A27020	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 20mm.
6023-A27022	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 22mm.
6023-A27024	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.2.7mm. X 24mm.

Cortex Screw With Self-tap Dia. 3.5mm


CODE	DESCRIPTION
HAQ03-T10040	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 10mm.
HAQ03-T10041	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 12mm.
HAQ03-T10042	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 14mm.
HAQ03-T10043	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 16mm.
HAQ03-T10044	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 18mm.
HAQ03-T10045	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 20mm.
HAQ03-T10046	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 22mm.
HAQ03-T10047	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 24mm.
HAQ03-T10048	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 26mm.
HAQ03-T10049	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 28mm.
HAQ03-T10050	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 30mm.
HAQ03-T10051	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 32mm.
HAQ03-T10052	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 34mm.
HAQ03-T10053	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 36mm.
HAQ03-T10054	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 38mm.
HAQ03-T10055	CORTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.3.5mm. X 40mm.

Cortex Screw With Self-tap Dia. 4.5mm


CODE	DESCRIPTION
HAQ03-T10127	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 14mm.
HAQ03-T10128	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 16mm.
HAQ03-T10129	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 18mm.
HAQ03-T10130	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 20mm.
HAQ03-T10131	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 22mm.
HAQ03-T10132	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 24mm.
HAQ03-T10133	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 26mm.
HAQ03-T10134	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 28mm.
HAQ03-T10135	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 30mm.
HAQ03-T10136	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 32mm.
HAQ03-T10137	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 34mm.
HAQ03-T10138	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 36mm.
HAQ03-T10139	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 38mm.
HAQ03-T10140	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 40mm.
HAQ03-T10141	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 42mm.
HAQ03-T10142	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 44mm.
HAQ03-T10143	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 46mm.
HAQ03-T10144	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 48mm.
HAQ03-T10145	COTEX SCREW WITH SELF-TAP Dia.4.5mm. X 50mm.



บริษัท เอเทค เมดิคัล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD

บริษัท เอเทค เมดิคัล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

A TECH MEDICAL CO.,LTD.

555/389 Moo.5 , Srinakarin Rd., Bangmuang , Muangsamutprakarn , Samutprakarn. 10270

TEL : 0-2136-2638 FAX : 0-2136-2637 E-mail : andy_atech@hotmail.com

ใบต่อรองราคา

ที่ โรงพยาบาลบางพลี

วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ได้เสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ตามเอกสารเลขที่ 13/2566 รวม 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,370,000.00 บาท
(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ทำการต่อรอง ดังนี้

- ราคา
- วันส่งมอบของ
- วันยื่นราคา

3. ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้ว ขอเสนอราคาดังนี้

- ยื่นราคาที่เสนอไว้เดิม
- ยินยอมลดราคา โดยรับเสนอราคาตามประกาศฯ เอกสาร

เลขที่ 13/2566 ในราคาดังนี้

.....
สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก(Lock Screw Titanium) จากราคา ชันละ 1,625.00 บาท

.....
ลดราคาเหลือ ชันละ 1,610.00 บาท

.....
คงเหลือราคาที่เสนอไว้ครั้งนี้ จำนวนรวม 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,349,000.00 บาท
(สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เหมือนเดิมทุกประการ


บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO LTD

.....
ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(นายรัชเศรษฐ์ ชัยชาญสวัสดิ์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)



บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด
A TECH MEDICAL CO.,LTD.

.....
1.....
2.....
3.....
4.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

