

สัญญาซื้อขาย

เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่...๒๓๓.../๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่...๒๒...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเสาร์ ปัญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒๑๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โซวิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๔๘,๔๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นางจิรวรรณ ศรีสัตนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๙๗๔๓๒๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๒๙๐๐๓๘๓๓ ออกให้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขอมอบอำนาจให้ นายศศิธร สหะชาติศิริ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ XO.๖๘/๒๒๐๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๘,๑๗๗.๕๗ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบทำสัญญาผนวก ๑


ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายเสาร์ ปัญพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายศศิธร สหะชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิค จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมศักดิ์ ไข่มุกด์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๕ (ห้า)	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก	จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่)	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ


(นายเสาร์ ปัญงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายศศิธาร สหะชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิค จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี บริษัท โซวิค จำกัด เลขที่บัญชี ๐๙๙๑๓๘๒๐๑๑ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน...๗...(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ


(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายศศิธาร สหชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิค จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ใจทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

/ข้อ ๘ หลัก...

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน หนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๔๗๕๐๒๕๑๑๑๔๐๑๓๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๙,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายศศิธาร สหะชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิก จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไข่มุกข์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

/ข้อ ๑๐ ค่าปรับ...

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด


(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายเสาร์ ปัญจพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายศศิธาร สหะชาติศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิค จำกัด




(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)
นิติกร

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายเสาร์ ปัญงพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายศศิธาร สหะชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โซวิค จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ไร่ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

ในกรณี...

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ


(นายเสائر ปัญจพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายศศิธาร สหชาติศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท โขวิค จำกัด



(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายสมศักดิ์ ไช้ทรัพย์สถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล

๑. ความต้องการ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ ในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล พร้อมอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบศูนย์กลางรักษาทางไกลเดิม ที่ทางโรงพยาบาลใช้งานอยู่ได้

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑. จัดแผนการดำเนินงานการพัฒนาและออกแบบ โดยเนื้อหาของแผนการดำเนินงานจะต้องครอบคลุมตามขอบเขตของการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อนำเสนอแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดวาง รูปแบบระบบ และเครื่องมือต่างๆ โดยนำเสนอแผนและโครงสร้างของระบบให้คณะทำงานพิจารณาและเห็นชอบก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Analysis Design And Developing) ระบบบริหารเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยผู้ยื่นเสนอราคาต้องทำการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมกราฟิก รูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience & User Interface) ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี และกำหนดแนวทางการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

๒.๓. ระบบใช้งานในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ปลายทาง (End-Point) ที่หลากหลาย ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop), อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook), อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet), และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone)

๒.๔. สามารถแสดงผลส่วนของผู้ใช้งานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

๒.๕. สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน จำกัดการเข้าถึงและการจัดการข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานของระบบให้กับผู้ใช้แต่ละคนหรือกลุ่มผู้ใช้ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้งานระบบ

๓. ระบบดูข้อมูลผู้ป่วยทางไกล (Real time Remote Viewing)

๓.๑ ระบบรับแจ้งเหตุและระบบบริหารจัดการรพพยาบาล

๓.๑.๑ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑.๒ สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบได้ และสามารถ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ตามที่กำหนด

๓.๑.๓ สามารถเก็บประวัติข้อมูลการรับแจ้งเหตุจากหมายเลขโทรศัพท์เดิมมาแสดง และนำข้อมูลไปใช้ในการรับแจ้งเหตุได้

๓.๑.๔ สามารถลงทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน และแสดงสถานะความพร้อมของผู้ปฏิบัติการได้

๑. นางสาวณัฐวีร์ พัฒนสุขสวัสดิ์

๒. นางมลณีชดา สแนชเซลล์

๓. นางสาวปาณิสรา เฟ็งนุ้ม

.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



S.T

- ๓.๑.๕ สามารถลงทะเบียนรพพยาบาล และอุปกรณ์เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ และแสดงสถานะความพร้อมของการใช้งานได้
- ๓.๑.๖ สามารถเลือกทีมปฏิบัติการ รพพยาบาล และอุปกรณ์เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้กับเลขปฏิบัติการนั้นๆ ได้
- ๓.๑.๗ สามารถบันทึกระยะเวลาในการการทำงานแต่ละขั้นตอนของทีมออกปฏิบัติการได้
- ๓.๑.๘ สามารถบันทึกข้อมูลปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้
- ๓.๑.๙ สามารถแสดงข้อมูลสถานะของงาน และจำนวนงานทั้งหมดได้
- ๓.๑.๑๐ สามารถนำข้อมูลไปสร้างรายงานเชิงสถิติ และประมวลผลในรูปแบบตารางได้
- ๓.๑.๑๑ สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ ได้
- ๓.๒ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วย
- ๓.๒.๑ สามารถลงทะเบียนเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล ของหน่วยปฏิบัติการ และรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพที่อยู่บนรพพยาบาลได้
- ๓.๒.๒ สามารถแสดงผลข้อมูลสัญญาณชีพ (Vital Signs) ของผู้ป่วยได้เมื่อมีการเรียกดูได้แบบทันที หรือ Real time ได้ เช่น Heart Rate, SpO₂, Temperature, Respiratory Rate ได้
- ๓.๒.๓ สามารถแสดงสัญญาณชีพที่วัดได้จากเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ในรพพยาบาลฉุกเฉินได้
- ๓.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- | | |
|--|---------------------|
| ๓.๓.๑ อุปกรณ์ประมวลผลและควบคุมการทำงาน | จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๓.๓.๒ อุปกรณ์พิมพ์ผลรายงาน | จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๓.๓.๓ เครื่องสำรองไฟ UPS | จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง |


๔. เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล

- ๔.๑ ตัวเครื่องประกอบด้วยภาคกระตุ้นหัวใจ ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ภาคควบคุมจังหวะ การเต้นของหัวใจแบบภายนอก ภาควัดความอิมิตัวของออกซิเจนในเลือด ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก
- ๔.๒ ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีดและภาคพิมพ์ผลข้อมูล
- ๔.๓ ตัวเครื่องมีหูหิ้วและมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์ติดอยู่กับตัวเครื่องทั้งด้านซ้ายขวา
- ๔.๔ สามารถเลือกโหมดการทำงานตั้งแต่ทารกแรกเกิด, เด็กโต และผู้ใหญ่ ได้
- ๔.๕ สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ และมีแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ซึ่งสามารถใช้งานติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง หรือปล่อยพลังงานได้ ๓๐๐ ครั้งที่พลังงานสูงสุด
- ๔.๖ ได้รับมาตรฐาน MIL-STD ๘๑๐G, Method ,๕๑๔.๖,๔.๔.๒ Procedure II , EN ISO ๙๙๑๙ ,
- ๔.๗ EN ๑๗๘๙ for ambulance. RTCA/DO-๑๖๐G (multiple helicopter frequencies), Altitude: - ๑๗๐ m to ๔๕๗๒ m

๑. นางสาวณัฐวีร์ พัฒนสุขสันต์

๒. นางมณฑิชา สแนชเซลล์

๓. นางสาวปาณิสรา เพ็งนุ่ม





Sant

๔.๘ ภาคแสดงผล (Display)

- ๔.๘.๑ หน้าจอสี Color LCD, ๖๔๐ x ๔๘๐ pixels, ๘๐๐ MCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว
- ๔.๘.๒ สามารถเลือกแสดงผลทางหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบ ตามแต่ผู้ใช้งานเลือก
- ๔.๘.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสัญญาณ
- ๔.๘.๔ สามารถแสดงความเร็วของรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๒๕, ๕๐ มิลลิเมตร/วินาที ได้
- ๔.๘.๕ มีระบบกำจัดสัญญาณรบกวนจากการทำ CPR ได้
- ๔.๘.๖ สามารถแสดงระดับคุณภาพความลึกของการกดหน้าอกขณะทำ CPR ได้ โดยแสดงเป็นกราฟแท่งหนึ่งแท่งต่อการกดหน้าอกหนึ่งครั้งได้ต่อเนื่องเรียงกันไม่น้อยกว่า ๑๐ แท่ง สามารถแสดงค่าความลึกของการกดหน้าอก และจำนวนครั้งของการกดหน้าอกเป็นค่าตัวเลข

๔.๙ ภาคกระตุ้นหัวใจ

- ๔.๙.๑ รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าเป็นแบบ Rectilinear biphasic
- ๔.๙.๒ สามารถเลือกพลังงานได้ตั้งแต่ ๑-๒๐๐ จูลส์ ไม่น้อยกว่า ๑๙ ระดับ
- ๔.๙.๓ ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานไม่มากกว่า ๗ วินาที โดยใช้แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็ม
- ๔.๙.๔ มีระบบ Synchronized Mode
- ๔.๙.๕ มีระบบแนะนำขั้นตอนกระตุ้นหัวใจทั้งข้อความบนหน้าจอและเสียงพูด
- ๔.๙.๖ ในระบบแนะนำการกระตุ้นหัวใจต้องมีเสียงพูดเตือน "Push Harder" หากยังกดหน้าอกได้ไม่ลึกดีพอ และมีเสียงบอก "Good Compression" หากการกดหน้าอกทำได้ลึกดีพอแล้ว

๔.๑๐ ภาคติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Monitoring)

- ๔.๑๐.๑ สามารถวัด ECG ได้ทั้งแบบ ๓, ๕ และ ๑๒ ลีด
- ๔.๑๐.๒ มีช่วงของการตอบสนองสัญญาณในช่วง ๐.๖๗ - ๔๐ Hz (standard) และ ๐.๐๕ - ๑๕๐ Hz (diagnostic)
- ๔.๑๐.๓ สามารถเลือกปรับขนาดสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับคือ ๐.๑๒๕, ๐.๒๕, ๐.๕, ๑, ๒, ๔ cm/mV, and auto-rangng
- ๔.๑๐.๔ สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจตั้งแต่ ๓๐ - ๓๐๐ ครั้งต่อนาที

๔.๑๑ ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ

- ๔.๑๑.๑ รูปคลื่นสัญญาณเป็นแบบ Rectilinear, constant current
- ๔.๑๑.๒ ความกว้างของสัญญาณไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิวินาที
- ๔.๑๑.๓ สามารถปรับกระแสได้ในช่วง ๐ - ๑๔๐ มิลลิแอมแปร์

๔.๑๒ ภาควัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด

- ๔.๑๒.๑ สามารถวัดค่าได้ในช่วง ๑% - ๑๐๐%
- ๔.๑๒.๒ สามารถวัดชีพจรได้ในช่วง ๓๐ - ๒๔๐ ครั้ง/นาที หรือกว้างกว่า
- ๔.๑๒.๓ มีความเที่ยงตรงในช่วง ๗๐ - ๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ± 2 digits

๑. นางสาวณัฐวีร์ พัฒนสุขสันต์

๒. นางมณฑิชา สแนชแชลล์

๓. นางสาวปาณิสรา เพ็งนุ่ม

.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



SJT

๔.๑๓ ภาควัดโลหิตแบบภายนอก

๔.๑๓.๑ สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ

๔.๑๓.๒ มีระบบ Cuff Overpressure Protection

๔.๑๓.๓ ใช้เวลาในการวัดค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วง ๑๕ - ๔๕ วินาที

๔.๑๔ ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก

๔.๑๔.๑ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Micro stream หรือ Low-flo Side stream

๔.๑๔.๒ สามารถวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๕๐ mmHg

๔.๑๕ ภาควิพิมพ์ผลข้อมูล

๔.๑๕.๑ ความกว้างของกระดาษไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร

๔.๑๕.๒ สามารถพิมพ์ผลข้อมูลได้ทั้งแบบธรรมดา (manual) และแบบอัตโนมัติ (automatic)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ Defibrillation Electrode	จำนวน ๑ อัน/เครื่อง
๕.๒ ECG Patient Cable	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๓ SpO ₂ Extension Cable / Finger Probe	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๔ BP Cuff adult/PED อย่างละ ๓ size	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๕ NIBP Airhose	จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง
๕.๖ Microstream EtCO ₂ Sensor	จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง
๕.๗ อุปกรณ์ IBP	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๘ อุปกรณ์ Temp	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๙ CPR pad	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๑๐ สายไฟ AC	จำนวน ๑ เส้น/เครื่อง
๕.๑๑ คู่มือการใช้งาน	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๕.๑๒ เจล	จำนวน ๖ หลอด/เครื่อง
๕.๑๓ กระดาษบันทึก	จำนวน ๑๒ ม้วน/เครื่อง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ขายต้องเข้ามาทำการสอบเทียบคุณภาพการใช้งานของเครื่องปีละครั้ง พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการสอบเทียบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


๖.๒ ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค

๖.๓ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม Quick Manual แขนงอุปกรณ์ ๑ ชุด

๑. นางสาวณัฐวีร์ พัฒนสุขวานันต์

๒. นางมณีนชดา สแนชเซลล์

๓. นางสาวปานิสรา เพ็งน่วม


.....

.....

.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



Sant

- ๖.๔ ผู้ขายสามารถให้ความมั่นใจด้านการบริการหลังการขายโดยมีช่างซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๕ กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วันหลังวันส่งมอบ ผู้ขายยินดีจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที
- ๖.๖ ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วน และเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบ SPECIFICATION
- ๖.๗ ผู้ขายต้องเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุก ๔ เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี หากพบว่าเครื่องชำรุดต้องทำการส่งซ่อมเกิน ๗ วัน ต้องมีเครื่องมาให้ใช้ทดแทนระหว่างซ่อมเครื่อง
- ๖.๘ ผู้ขายจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักษาเครื่องให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้เป็นอย่างดี

๗. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา


เกณฑ์ราคา

๘. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐวีร์ พัฒนสุขสันต์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางมลณีดา สแนชแซลล์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปานิสรา เพ็งนุ่ม)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



Sat